

Test paskowy moczu: czynniki zakłócające powodujące wyniki fałszywie dodatnie i fałszywie ujemne

	Esteraza leukocytów	Azotyny
Wynik: fałszywie dodatni	Zanieczyszczenie wydzieliną/ śluzem z pochwy Antybiotyki • Meronem, imipenem, kwas klawulanowy	• Długi czas od pobrania próbki moczu do przeprowadzenia badania. • Barwnik w moczu (np. buraki)
Wynik: fałszywie ujemny	Kwas askorbinowy (witamina C) Doksycyklina, Cefaleksyna, Gentamycyna Kolor reakcji jest maskowany przez: • wysokie stężenia bilirubiny • wysokie stężenia nitrofurantoiny Barwa reakcji jest tłumiona przez: • Wydalanie białka > 5g /l • Wydalanie glukozy > 20 g/l Kwas borowy	• Ekspozycja na powietrze • Niewystarczający czas napełnienia pęcherza • Znacznie rozcieńczony mocz • Bardzo kwaśny mocz • Wysokie stężenie urobilinogenu • Dieta o niskiej zawartości azotanów • Kwas askorbinowy (witamina C) • Brak reakcji w przypadku braku reduktazy azotanowej patogenu